

PCI 合併症に対する対処：stent 脱落

症例 1 #12 への PCI case

石灰化のため stent delivery が困難であり、stent が病変部手前で脱落した。

対処法として、

1. スネアーの使用
2. 脱落部位での stenting
3. 1.5mm balloon を stent distal にもっていき、balloon を拡張して stent を balloon に引っ掛けて stent を取り出す。

今後の対策として

1. pre dilatation をしっかり行う。
2. IVUS を行い、石灰化の程度、delivery の程度を評価
3. Rotablator を行う
4. 子カテを用いる

症例 2 LMT への PCI case

LMT 病変へ stent を留置したが、その後 stent が脱落した。

この機序として、

1. stent size が適正であったか？

対策として

1. シネで撮影しながら stent を移動させる。
2. IVUS による stent size の決定