

: アーチファクトとは？

Blood speckle (血球ノイズ)

Shadowing と Reverberation

NURD (ナード) : Non-Uniformed Rotational Distortion

: 正確な回転をしていないことによる画像の歪み

: 探触子の不均一な回転によって生じる

冠動脈の高度屈曲

ガイドカテーテルの屈曲

Yコネクターの止血弁

カテーテルの不良

GW artifact

Air bubble

: 造影の透亮像との比較

ステント後の Plaque protrusion

Calcified plaque

: 解離、血腫

Entry を探す

: **Incomplete stent apposition**

Type A : resolved、 persistent、 late

Type B : side branch

Type C : cavity between the struts

: **Multiple Plaque Rapture**

Vulnerable plaque、 Fibrin cap、 Lipid core の評価

Distal embolism のハイリスク所見 - 大量の血栓、 Lipid pool、 Attenuation plaque